



Appareil en verre borosilicaté 3.3.

Pour la détermination des huiles essentielles dans les drogues végétales.

Selon la Pharmacopée Européenne.

Volume 1 ml à 0,01 ml.

L'appareil de condensation se monte sur un ballon à fond rond de 1 litre CN 29/32 à commander séparément.

A compléter éventuellement par statif et chauffe-ballon.

Nous consulter pour toute autre réalisation (volume....)

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
08127201	Appareil de détermination des huiles essentielles robinet verre	1	570,00 €